



Regione Puglia
Al Presidente

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021
09/03/2016 - 0001289
Prot.: Uscto - Registro, Protocollo Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160005193
09/03/2016 13:19
480XV10
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Sede

Oggetto: Risposta ad Interrogazione urgente numero 203 presentata dai
Consiglieri regionali Stea, De Leonardis, Morgante.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di
cui all'oggetto riguardante " PET TAC mobile Policlinico di Bari "".

Distinti saluti

Emiliano



REGIONE PUGLIA



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**

Piazza Gino Capone 11 - 70124 BARI
p.f. 0484610720

Direzione Generale

Prot. n. 17660/DA

Bari, 3/3/2016

Stampa: REGIONE PUGLIA
F.p.c.
005
000/130

Direttore Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e
Sport per tutti
Regione Puglia
Dott. Giovanni Gorgoni

Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano
Langosca, Nuovo Suro. 53 - Bari

Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Mario Luzzo
Via Capruzzi, 204 - Bari

Oggetto: Interrogazione Movimento Politico Schinuli Area Popolare del 12/2/2016 prot. 15/2016. Chiarimenti

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto corre l'obbligo fornire i chiarimenti di cui appresso.

La nuova struttura denominata Asclepios 3 prevede l'attivazione dei reparti di Radioterapia e Medicina Nucleare i quali sono stati attrezzati con apparecchiature diagnostiche e terapeutiche di nuova generazione come PET-TC, gamma camera, acceleratori lineari, Te simulatore, ecc.

Le stesse sono state installate nei locali predisposti e, attualmente, alcune sono già collaudate mentre altre sono in fase di messa a punto e collaudo. Parallelamente la struttura edilizia già completata in ogni sua parte è attualmente anch'essa in fase di collaudo con la realizzazione dei modesti aggiustamenti richiesti dagli organi di controllo preposti (Vigili del Fuoco, Comune, ASL) per l'ottenimento delle competenti autorizzazioni.

La previsione di ultimazione delle fasi di collaudo e messa a punto sia delle attrezzature che delle strutture è prevista entro il mese di aprile, mentre nei successivi 60 giorni è ipotizzabile l'acquisizione dell'agibilità dell'immobile.

Al momento l'impiego della PET-TC mobile in out-sourcing garantisce l'erogazione delle prestazioni diagnostiche ai cittadini senza ricorrere normalmente ad altre strutture sanitarie, offrendo un servizio completo sia dell'apparecchiatura con garanzia di funzionamento full-risk, sia delle prestazioni svolte dal personale sanitario (medico e tecnico) che implementa le esigue risorse disponibili in Azienda per quel servizio, così come anche rilevabile dalla relazione del sottoscritto inviata alla Corte dei Conti in data 10/4/2013. A tal proposito si vuole sottolineare che dall'avvio del servizio il costo di produzione dell'esame pet è in costante riduzione e tra i più bassi riscontrabili in campo nazionale mentre i tempi delle liste di attesa sono compresi tra 15 e 35 gg a seconda delle necessità cliniche, garantendo anche lo svolgimento del servizio nella giornata di sabato. A conferma di quanto detto e sulva inoltre un programma di customers satisfaction da cui si rileva l'apprezzamento per il servizio fornito.

Complessivamente sono esaminati oltre 3000 pazienti l'anno con un trend di crescita costante che sarà sicuramente migliorato con l'avvio della nuova struttura dove sono previste due PET-TC che consentiranno, con funzionamenti in parallelo, di garantire continuità al servizio in caso di fermo manutentivo di una delle due.

Il fermo temporaneo dell'apparecchiatura attualmente utilizzata per l'espletamento di normali attività manutentive, prontamente risolto dal gestore, ha permesso la ripresa dell'attività senza significative ripercussioni sulle attanti liste di attesa.

Auspucando di aver fornito ogni più ampio chiarimento e restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Dattoli